



BRUKSANVISNING MASKINVATTENPASS

SE

ANVÄNDNING:

Rengör ytorna före användning.

Om det är stora temperaturskillnader mellan vattenpassets förvaringsplats och platsen för användning vänta 2 timmar.

KONTROLL :

Placera vattenpassett på ett stabilt och plant underlag. Underlaget behöver inte vara horisontellt.

Notera bubblans position när den har stabilisering.

Vrid vattenpasset 180° och var noga med att passet placeras på samma plats.

Avläs bubblans position på nytt. Bubblans position bör inte skilja mer en halv gradering.

JUSTERING :

Tag bort den svarta skyddshylsan på passets ände.

Skall bubblan flyttas i riktning ifrån justermuttrarna skall de båda justermuttrarna vridas medurs.

Använd bifogad haknyckeln. En vridrörelse på några grader medför att bubblan flyttar sig flera gradstreck.

Juster och kontrollera tills passet är korrekt inställt.

Kontrollera att båda muttrarna är mjukt åtdragna.

Vänta 2 timmar efter justering och kontrollera på nytt innan passet tas i bruk.

MANUAL PRECISION LEVELS

ENG

USE:

Clean the surfaces before use.

If difference in temperature between place to store level and place to use level wait 2 hours before use.

CONTROL :

Place the level on a stable and flat base which not have to be level.

Read the bubble position.

Turn the level 180° and make sure the level is placed on same place.

Read the bubble position again. The difference of the two positions should not be more than half a scale graduation.

ADJUSTMENT :

Remove the black lid on the side of the level.

To move the bubble in direction from the adjusting screws, turn the screws clockwise.

Use enclosed wrench. A few degrees movement of the screws move the bubble several scale graduations. Repeat control and adjustment until the level is correct. Check that both screws are gently locked.

Wait 2 hours after adjustment and control again before use.